Messignal: 10,00 Volt aus AD584 20.02.2021

Versorgung mit UT61-D gemessen

Fluke 87		Fluke 8060A		DT-832		A830L	
Versorgung	Anzeige	Versorgung	Anzeige	Versorgung	Anzeige	Versorgung	Anzeige
9,00	10,01	9,10	10,003	9,20	10,00	9,07	10,04
7,05	Batt leer	6,05	Batt leer	6,27	Batt leer	6,61	Batt leer
6,50	10,01	4,20	10,017	4,55	10,01	6,04	10,05
6,15	Absturz	4,15	10,065	3,90	Absturz	5,50	10,88
		3,57	11,000			5,00	11,85
		3,20	Display blass			4,50	12,99
						2,88	19,45
						2,70	Aus